

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”

VERBALE

SEDUTA RISERVATA SEGGIO DI GARA ED ESPERTI TECNICI

25 aprile 2020

GARA: Procedura negoziata d’urgenza, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione tramite Accordo Quadro di kit reagente per effettuazione di test immunometrico IgG (test sierologico per IgG neutralizzanti anti SARS-CoV2) per l’attivazione del piano di screening della Regione Piemonte ai fini di valutazione epidemiologica (gara 49-2020)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 920.000,00 I.V.A. esclusa oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 0

* * *

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di aprile, alle ore 18:00, è presente in seduta pubblica telematica, il seggio di gara nominato con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 136 del 22 aprile 2020 composto dal Responsabile del procedimento Ing. Adriano LELI e da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., il sig. Luca GRILLO e la dott.ssa Anastasia PACE che assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante.

Sono presenti inoltre, tramite collegamento web conference sulla piattaforma Zoom cloud meeting, i sotto indicati esperti del gruppo di lavoro appositamente costituito all’interno dell’Unità di Crisi per lo studio epidemiologico correlato all’emergenza sanitaria da COVID-19 della Regione Piemonte, nominati con Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2020, n. 1-1253, e più precisamente:

- prof.ssa Rossana CAVALLO
- prof. Umberto DIANZANI
- prof. Francesco DE ROSA
- dott. Franco RIPA
- dott. Roberto TESTI
- dott.ssa Valeria GHISETTI

Sono assenti il dott. Flavio BORASO ed il dott. Gian Alfonso CIBINEL.

Il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta di gara avviando le attività di verifica di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti previste dal Capitolato tecnico ed il conseguente giudizio di idoneità.

Le risultanze dell'esame della documentazione tecnica prodotta sono riportate in dettaglio nel prospetto di valutazione tecnica allegato al presente verbale.

Alla luce delle attività di verifica effettuata su tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti, risultano le seguenti valutazioni di idoneità:

Fornitore	Giudizio di idoneità complessiva
MEDICAL SYSTEMS SPA	IDONEO
ART LOG	NON IDONEO
IN3DIAGNOSTIC SRL	NON IDONEO
DIASORIN SPA	IDONEO
ABBOTT SRL	IDONEO

* * *

Alle ore 19:50 la seduta riservata viene chiusa.

* * *

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico esemplare come segue:

Ing. Adriano LELI – *Responsabile del procedimento*

Sig. Luca GRILLO - *Componente del seggio di gara*

Dott.ssa Anastasia PACE– *Componente del seggio di gara e Segretario verbaliz-*
zante

(firmato in originale)

PROSPETTO DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura negoziata d'urgenza per l'acquisizione di kit reagente per effettuazione di test immunometrico IgG (test sierologico per IgG neutralizzanti anti-SARS-CoV2), per l'attivazione del piano di screening della Regione Piemonte ai fini di valutazione epidemiologica (gara 49-2020). Cig n. 8279287BC2

CONCORRENTI	TEST OFFERTO DENOMINAZIONE	CODICE PRODOTTO	GIUDIZIO DI CONFORMITA' DOCUMENTAZIONE TECNICA
1 DIASORIN SPA	LIAISON SARS COV-2 S1/S2 IGG	311459	COMPLETA E CONFORME
3 IN3DIADNOSTICS SRL	ERADIKIT COVID 19 IGG	26843-05	COMPLETA E CONFORME
3 ART LOG	COV-19 IGG-IGM RAPID TEST DEVICE	COV-19 IGG-IGM RAPID TEST	COMPLETA E CONFORME
4 MEDICAL SYSTEMS SPA	MAGLUMI 2019 nCov IGG	MAGLUMI 2019 nCov IGG	COMPLETA E CONFORME
3 ABBOTT SRL	SARS COV-2 IGG	6R86-22	COMPLETA E CONFORME

REQUISITO	NUM	CONCORRENTE	TIPOLOGIA KIT	RILEVAZIONE IgG SPECIFICHE PER SARS-COV-2	VEROSIMILMENTE CON ATTIVITA' NEUTRALIZZANTE	GIUDIZIO DI IDONEITA'	NOTE
4.a) La tipologia dei Kit, che dovrà essere del tipo CLIA e/o ELISA, per la rilevazione di IgG specifiche per SARS-CoV-2, verosimilmente con attività neutralizzante	1	DIASORIN SPA	CLIA	SI	SI	IDONEO	
	2	IN3DIADNOSTICS SRL	ELISA	SI	SI	IDONEO	
	3	ART LOG	NO CLIA NON ELISA, TRATTASI DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICO	SI	NON VIENE INDICATA	NON IDONEO	NON VIENE INDICATA AZIONE NEUTRALIZZANTE E LA CORRELAZIONE CON ANTICORPI NEUTRALIZZANTI
	4	MEDICAL SYSTEMS SPA	CLIA	SI	SI	IDONEO	
	5	ABBOTT SRL	CLIA	SI	SI	IDONEO	

REQUISITO	NUM	CONCORRENTE	VALIDAZIONE TEST	GIUDIZIO DI IDONEITA'	NOTE
4.b) L'avvenuta validazione dei test da parte di laboratori qualificati o agenzie regolatorie operanti a livello nazionale o internazionale	1	DIASORIN SPA	SI MARCHIO CE IVD	IDONEO	
	2	IN3DIADNOSTICS SRL	LA VALIDAZIONE PRESENTATA E' INSUFFICIENTE	NON IDONEO	
	3	ART LOG	SI MARCHIO CE IVD	IDONEO	
	4	MEDICAL SYSTEMS SPA	SI MARCHIO CE IVD	IDONEO	
	5	ABBOTT SRL	SI MARCHIO CE IVD	IDONEO	

REQUISITO	NUM	CONCORRENTE	SPECIFICITA TEST = o > AL 95%	SPECIFICITA TEST < AL 95%	GIUDIZIO DI IDONEITA'	NOTE
4.c) Una specificità dei test non inferiore al 95%	1	DIASORIN SPA	PARI AL 98,5 %		IDONEO	
	2	IN3DIADNOSTICS SRL	NON VALUTABILE		NON IDONEO	NON VALUTABILI IN QUANTO EFFETTUATA SU VIRUS NON CORRELABILI AL CORONAVIRUS
	3	ART LOG		PARI AL 93,3%	NON IDONEO	
	4	MEDICAL SYSTEMS SPA	PARI AL 97,33 %		IDONEO	
	5	ABBOTT SRL	PARI AL 99,63 %		IDONEO	

REQUISITO	NUM	CONCORRENTE	SENSIBILITA' TEST = o > AL 90%	SENSIBILITA' TEST < AL 90%	GIUDIZIO DI IDONEITA'	NOTE
4.d) Una sensibilità dei test non inferiore al 90 %	1	DIASORIN SPA	PARI AL 90,4 %		IDONEO	
	2	IN3DIADNOSTICS SRL	PARI AL 91 %		IDONEO	
	3	ART LOG		PARI AL 87,5 %	NON IDONEO	
	4	MEDICAL SYSTEMS SPA	PARI AL 91,2 %		IDONEO	
	5	ABBOTT SRL	PARI AL 100 %		IDONEO	

REQUISITO	NUM	CONCORRENTE	POSSIBILITA' DI AUTOMAZIONE	PRESENZA SI INSTALLAZIONI c/o LABORATORI PUBBLI DELLE AA SS RR DELLA REGIONE PIEMONTE	GIUDIZIO DI IDONEITA'	NOTE
4.e) L'idoneità dei test ad un'applicazione su larga scala con possibilità di automazione e affidamento delle analisi ad una platea ampia di laboratori accreditati presenti nel territorio, senza necessità di ulteriore formazione e di acquisizione di nuova strumentazione	1	DIASORIN SPA	SI	SI IN N. 17 LAB SSR X N. 36 STRUMENTI	IDONEO	
	2	IN3DIADNOSTICS SRL	NO	NO	NON IDONEO	NON CE INDICAZIONE DI NESSUNA PIATTAFORMA STRUMENTALE COMPATIBILE SU CUI E' POSSIBILE AUTOMATIZZARE IL TEST
	3	ART LOG	NO	NO	NON IDONEO	
	4	MEDICAL SYSTEMS SPA	SI	SI IN N. 2 LAB SSR X N. 2 STRUMENTI	IDONEO	
	5	ABBOTT SRL	SI	SI IN N. 17 LAB SSR X N. 26 STRUMENTI	IDONEO	

REQUISITO	NUM	CONCORRENTE	RAPIDITA' DI RISPOSTA	PROCESSAZIONE DI ALMENO 100 TEST/H	GIUDIZIO DI IDONEITA'	NOTE
4.f) La rapidità di risposta dei test (con, fra l'altro, la possibilità di processare almeno 100 test per ora)	1	DIASORIN SPA	SI	SI, PARI A 170 TEST/H	IDONEO	
	2	IN3DIADNOSTICS SRL	SI	SI, PARI A 100 TEST/H	IDONEO	
	3	ART LOG	SI	NON INDICATO	NON IDONEO	
	4	MEDICAL SYSTEMS SPA	SI	SI, PARI A 180 TEST/H	IDONEO	
	5	ABBOTT SRL	SI	SI, PARI A 100 TEST/H	IDONEO	

REQUISITO	NUM	CONCORRENTE	CONFERMA DATA CONSEGNA DELLA FORNITURA	GIUDIZIO DI IDONEITA'	NOTE
4.g) La rapidità di trasporto e consegna della fornitura, a partire dal 30 aprile 2020	1	DIASORIN SPA	SI	IDONEO	
	2	IN3DIADNOSTICS SRL	SI	IDONEO	
	3	ART LOG	NON E' INDICATO	NON IDONEO	
	4	MEDICAL SYSTEMS SPA	SI	IDONEO	
	5	ABBOTT SRL	SI	IDONEO	

REQUISITO	NUM	CONCORRENTE	DISPONIBILITA' A FORNIRE ULTERIORI Q.TA'	CODIZIONI E TEMPSTICHE	GIUDIZIO DI IDONEITA'
4.h) La disponibilità a fornire ulteriori quantitativi dei prodotti indicati, indicando le relative condizioni e la tempistica.	1	DIASORIN SPA	SI	IMMEDIATI	IDONEO
	2	IN3DIADNOSTICS SRL	SI	IN 3 _6 MESI	IDONEO
	3	ART LOG	NON VIENE INDICATO	NON VIENE INDICATO	NON IDONEO
	4	MEDICAL SYSTEMS SPA	SI	NON ESPRESSAMENTE INDICATI	IDONEO
	5	ABBOTT SRL	SI	IMMEDIATI	IDONEO

CONCORRENTI	TEST OFFERTO DENOMINAZIONE	CODICE PRODOTTO	GIUDIZIO DI IDONEITA'
1 DIASORIN SPA	LIAISON SARS COV-2 S1/S2 IGG	311459	IDONEO
3 IN3DIADNOSTICS SRL	ERADIKIT COVID 19 IGG	26843-05	NON IDONEO
3 ART LOG	COV-19 IGG-IGM RAPID TEST DEVICE	COV-19 IGG-IGM RAPID TEST	NON IDONEO
4 MEDICAL SYSTEMS SPA	MAGLUMI 2019 nCov IGG	MAGLUMI 2019 nCov IGG	IDONEO
3 ABBOTT SRL	SARS COV-2 IGG	6R86-22	IDONEO